


# 使用方法



センサーから30~50cm離れ  
1秒立ち止まってください

## 37.5℃以上を検知した場合



本体中央部が赤く点灯し、  
ピッピッとアラーム音が鳴ります



改めて体温計で体温を測定してください

サーモゲート  
THERMOGATE

零  
ZERO

健康経営企業  
HEALTH MANAGEMENT COMPANY